

# Змеевик ЗР ЭТИКЕТКА ДЖЕТ 121 00 00 00 ЭТ



Обозначение	Количество шт. в поставке
ДЖЕТ 121 00 00 00	
ДЖЕТ 121 00 00 00-01	
ДЖЕТ 121 00 00 00-02	
ДЖЕТ 121 00 00 00-03	
ДЖЕТ 121 00 00 00-04	
ДЖЕТ 121 00 00 00-05	
ДЖЕТ 121 00 00 00-06	
ДЖЕТ 121 05 00 00	
ДЖЕТ 121 10 00 00	
ДЖЕТ 121 20 00 00	
ДЖЕТ 121 30 00 00	
ДЖЕТ 121 30 00 00-01	
ДЖЕТ 121 40 00 00	
ДЖЕТ 121 50 00 00	
ДЖЕТ 121 60 00 00	
ДЖЕТ 121 70 00 00	
ДЖЕТ 121 70 00 00-01	
ДЖЕТ 121 70 00 00-02 (коррозионностойкий)	

### 1. Назначение

Змеевик ЗР предназначен для соединения деталей трубопроводной арматуры ramпы перепускной РП-01 (РП-02) или ramпы аналогичного типа с условным давлением газа  $P_{у} \leq 20,0$  МПа. Исполнение ДЖЕТ 121 05 00 00 может применяться для заправки кислородом баллонов объема 5 или 10л от баллонов объема 40 или 50л в полевых условиях.

### 2. Основные технические данные

Основные технические данные приведены в таблице.

Обозначение	Присоединительные резьбы	Диаметр условного прохода, мм	Условное давление газа, МПа	Рис.	Масса кг	Длина трубки	Наружный диаметр трубки	Толщина стенки
ДЖЕТ 121 00 00 00	G3/4–Сп 21,8	4	20	1	0,5	1500	6	1
ДЖЕТ 121 00 00 00 -01	G3/4–G1/4	4		1	0,5	1500	6	1
ДЖЕТ 121 00 00 00 -02	G3/4–G3/4	4		1	0,5	1500	6	1
ДЖЕТ 121 00 00 00 -03	G3/4–G3/4	6		1	0,5	1500	8	1,5
ДЖЕТ 121 00 00 00 -04	M16x1,5–Сп 21,8	4		1	0,5	1500	6	1
ДЖЕТ 121 00 00 00 -05	M16x1,5–G3/4	4		1	0,5	1500	6	1
ДЖЕТ 121 00 00 00 -06	G3/4-G1/2	4		1	0,5	1500	6	1
ДЖЕТ 121 05 00 00	G3/4–G3/4	6		9	0,4	800	8	1
ДЖЕТ 121 10 00 00	G3/4–G3/4	4		2	0,54	580	6	1
ДЖЕТ 121 20 00 00	G3/4–G3/4	5		3	0,39	1025	8	1,5

ДЖЕТ 121 30 00 00	G3/4-G1/4	3	4	0,26	661,6	5	1
ДЖЕТ 121 30 00 00 -01	G3/4-G1/4	4	4	0,26	661,6	6	1
ДЖЕТ 121 40 00 00	G3/4-G3/4	5	5	0,4	398,5	8	1,5
ДЖЕТ 121 50 00 00	G3/4-G3/4	5	6	0,46	599	8	1,5
ДЖЕТ 121 60 00 00	G3/4-G3/4	4	7	0,5	436	6	1
ДЖЕТ 121 70 00 00	G3/4-G3/4	4	8		1500	6	1
ДЖЕТ 121 70 00 00-01	G3/4-Сп21,8	4	8		1500	6	1
ДЖЕТ 121 70 00 00-02 (коррозионностойкий)	G3/4-G3/4	4	8	0,45	1500	6	1



Рис.1



Рис.2



Рис.3




Рис.4




Рис. 5




Рис.6




Рис.7



Рис.8




Рис. 9

### 3. Свидетельство о приемке

3.1 Змеевик ЗР изготовлен, испытан, обезжирен, согласно ТУ 3645-011-54455145-2007, соответствует требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 №753) и признан годными для эксплуатации.

Отметка о приемке:

Дата выпуска \_\_\_\_\_

### 4. Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.

4.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня изготовления.

### 5. Сведения о сертификации

5.1 Змеевик ЗР сертифицирован в составе рампы перепускной РП-01 (РП-02), сертификат соответствия С-RU.АЯ09.В.00745 от 11.03.2011.

### 6. Особые отметки

6.1 Змеевик ЗР обезжирен в соответствии с ОСТ 26-04-312-83

#### ЗАО ПО «ДЖЕТ»

Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: [jet@svarkajet.ru](mailto:jet@svarkajet.ru)

<http://www.promjet.ru>